



Município de Cruzeiro do Iguaçu

Estado do Paraná
CNPJ 95.589.230/0001-44

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº088/2021

Ref. Normativa: Lei nº 8.666/93, de 21.06.1993, publicada no D.O.U. de 22.06.1993 e subseqüentes alterações.

1. ÓRGÃO CONTRATANTE Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu.	2. DATA DA EMISSÃO 16/12/2021	3. ENQUADRAMENTO LEI Nº 8.666/93 Artigo 24, Inciso II	4. PROCESSO Nº 088/2021		
5. OBJETO Aquisição de TRAFÓ BIOTECNO E VENTONHA INTERNA DE CIRCULAÇÃO, para o equipamento geladeira refrigerador/conservador de vacinas, marca Biotecno serie 2018-1098 da sala de farmácia unidade central onde são armazenados parcialmente as vacinas e medicamentos que o município recebe mensalmente.		6. INSTRUMENTO A EMITIR (X) S/ INSTRUMENTO () CONTRATO			
7. FORNECEDOR ENGEMED C. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (X) CADASTRADO () NÃO CADASTRADO	8. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS (X) FGTS (X) FEDERAL (X) TRABALHISTA (X) ESTADUAL (X) MUNICIPAL () RG e CPF		9. INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR Nada consta.		
10. JUSTIFICATIVA PARA DISPENSA DA LICITAÇÃO: A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, OBJETO DESTES PROCESSOS É DISPENSÁVEL DE LICITAÇÃO EM DECORRÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, POR NÃO ATINGIR O LIMITE PARA LICITAÇÃO.					
12. JUSTIFICATIVA: A farmácia possui apenas uma geladeira onde é armazenado medicamentos como insulina entre outros, que necessitam manter-se em temperatura de 2°C a 8°C. Segundo avaliação técnica de manutenção, devido a uma descarga elétrica queimou o Inversor de Onda Modular da geladeira e a mesma passou a usar somente a bateria, o que causou a descarga por completa necessitando assim uma bateria nova e ambos foram trocados. Ao realizar a desmontagem e avaliação mais minuciosa e testes na geladeira, verificou-se que também havia queimado o trafo e a ventoinha do equipamento, impossibilitando a recuperação destas peças. Por esse motivo, solicitamos a dispensa de licitação para compra destes equipamentos e assim poder dar continuidade no conserto da geladeira. Ressaltamos não temos outras geladeiras para substituição e como já citado, os medicamentos e vacinas específicos necessitam manter a temperatura exigida para manutenção e conservação da qualidade do produto.					
13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 33.90.39.00.00 Prestação de serviços					
14. Quant.	15. Descrição do Objeto.	27. Preço Unitário	17. Total	18. DATA BASE	19. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
	Conforme anexo I			16/12/2021	30 dias após a emissão da nota fiscal
20. FORNECEDOR/PROFISSIONAL CONTRATADO: ENGEMED C. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 37.309.633/0001-96		21. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E/OU PRAZO DE FORNECIMENTO/ENTREGA CONFORME SOLICITADO			
22. ANÁLISE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO De acordo conforme Parecer Anexo. DATA: 16/12/2021 KELLI MORESQUI - Presidente da Comissão					
23. ANÁLISE ÁREA JURÍDICA Parecer: em anexo. DATA: 16/12/2021 EVERTON MÜELLER OAB/PR: 32.886					



Município de Cruzeiro do Iguaçu

Estado do Paraná
CNPJ 95.589.230/0001-44

24. PROCESSO () CONCLUÍDO () CANCELADO	25. RATIFICAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL Ratificamos o presente pleito, concordando com a Contratação, dispensada a licitação. DATA: 16/12/2021 LEONIR ANTÔNIO GELHEN Prefeito Municipal
---	--

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNITARIO
01	Trafo Biotecno sala da farmácia	Und	01	842,60
02	Ventoinha interna de circulação de ar sala da farmácia	Und	01	489,60
03	Mao de obra sala de farmácia	Und	01	680,00
04	Deslocamento	Und	01	980,00